
Analysis of Aromatic Compounds



Conditions

System	:	GL-7400 HPLC System
Column	:	Inertsil ODS-EP (5 µm, 150 x 4.6 mm I.D.)
Column Cat. No.	:	5020-02645
Eluent	:	A) CH_3OH B) 10 mM KH_2PO_4 (pH 7.0, 10 mM K_2HPO_4) A/B = 50/50, v/v
Flow Rate	:	1.0 mL/min
Col. Temp.	:	40 °C
Detection	:	UV 210 nm (GL-7450 UV Detector)

Analyte

1. Benzyl alcohol
2. Aniline
3. Phenol
4. Nitrobenzene