
Analysis of Reserpine (Inertsil ODS-4)



Analyte:
1. Reserpine(0.05 µg/mL) Q1: 609 Q3: 448

Conditions

System : LC800 HPLC system
4000 Q TRAP ®
Column : Inertsil ODS-4 HP (3µm, 50 x 2.1 mm I.D.)
Column Cat. No. : 5020-14062
Eluent : A) 0.02 % TFA in CH_3CN
: B) 0.02 % TFA in H_2O
A/B = 25/75 –3 min- 25/75 –2 min- 90/10 -7 min- 90/10, v/v
Flow rate : 0.2 mL/min
Col. Temp. : 40 ℃
Detection : LC/MS/MS (4000Q TRAP ® : ESI, Positive, MRM)

CUR	CAD	IS	TEM	GS1	GS2
20	6	4500	600	70	80

Injection Vol. : 10 µL
Sample : Standard